

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФБУ «ИРКУТСКИЙ ЦСМ»



аттестат аккредитации RA.RU.311392 от 27 ноября 2015 года

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОВЕРКЕ № 793-0152

Действительно до: 18 марта 2022 г.

Средство измерений Измеритель сопротивления петли "фаза-нуль",

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер

"фаза-фаза" ИФН-300, № 57456-14

в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 1817.17,

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование величин, диапазоном измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с РАМП.411218.006 РЭ "Измеритель сопротивления петли

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

"фаза-нуль", "фаза-фаза" ИФН-300. Руководство по эксплуатации"

с применением эталонов: 3.1.ЗБП.0297.2012 магазин сопротивления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер

Р4830/2, № 0690, 3 разряд, калибратор-вольтметр универсальный Н4-12, № 014719,

разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

2 разряд

при следующих значениях влияющих факторов: темп. окруж. среды 20,4 °С;

перечень влияющих факторов

отн. влажность 51,0%; атм. давление 720,8 мм рт. ст.; напряжение

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной(периодической) поверки признано пригодным к применению

Знак поверки



Начальник отдела

должность руководителя подразделения
или другого уполномоченного лица

Поверитель

Дата поверки

19 марта 2020 г.

Алексеев Роман Владимирович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Исупов Максим Валерьевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)



аттестат аккредитации RA.RU.311392 от 27 ноября 2015 года

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОВЕРКЕ № 793-0153

Действительно до: 18 марта 2022 г.

Средство измерений Измеритель сопротивления петли "фаза-нуль",

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер

"фаза-фаза" ИФН-300, № 57456-14

в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 2478.18,

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с РАМП.411218.006 РЭ "Измеритель сопротивления петли

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

"фаза-нуль", "фаза-фаза" ИФН-300. Руководство по эксплуатации"

с применением эталонов: 3.1.ЗБП.0297.2012 магазин сопротивления

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер

Р4830/2, № 0690, 3 разряд, калибратор-вольтметр универсальный Н4-12, № 014719,

разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

2 разряд

при следующих значениях влияющих факторов: темп. окруж. среды 20,4 °С;

перечень влияющих факторов

отн. влажность 51,0%; атм. давление 720,8 мм рт. ст.; напряжение

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной(периодической) поверки признано пригодным к применению

Знак поверки



Начальник отдела

должность руководителя подразделения
или другого уполномоченного лица

Поверитель

Алексеев Роман Владимирович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Исупов Максим Валерьевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

19 марта 2020 г.



аттестат аккредитации RA.RU.311392 от 27 ноября 2015 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

О НЕПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ

№

Средство измерений

Мегаомметр M4100/3 № 3424-73

наименование типа, модификация, регистрационный номер
в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

номер знака предыдущей поверки

заводской (серийный) номер

339269

поверено в соответствии с
поверки"

ГОСТ 8.409-81 "Омметры. Методы и средства

наименование документа на основании которого выполнена поверка

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано

непригодным

к применению

неужелюбно зачеркнуть

Причины непригодности

Внутри прибора присутствуют не

закрепленные элементы.

Начальник отдела

должность, руководитель
подразделения или другое
уполномоченного лица

Алексеев Роман Владимирович

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

Исупов Максим Валерьевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

19

марта

2020 г.



