



**РОССТЕТИ**  
СИБИРЬ

ФИЛИАЛ ПАО «МРСК СИБИРИ» - «ЧИТАЭНЕРГО»

Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» Служба метрологии и ККЭЭ  
Аттестат аккредитации на право проведения поверочных работ  
зарегистрирован в Реестре под № 1575 от 28.06.2013 г.  
Шифр поверительного клейма «ВФС»

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 254



Действительно до « 19 » февраля 2021 г.

**Средство измерений:** Измеритель сопротивления петли фаза-ноль,  
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

Фаза—фаза ИФН-300 Госреестр № 57456-14

заводской (серийный) номер : 2475.18

в составе: -

номер знака предыдущей поверки: отсутствует

поверено: в соответствии с описанием типа

наименование единицы величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с ИФН-300 ГРСИ 31275-11, раздел 9

наименование или обозначение документа, на основании которого была выдана поверка

с применением эталонов: катушка электрического сопротивления  
R321 № 084338, магазин сопротивлений P4831 № 12874 КТ 0,02

калибратор Н4-11 № 13807 КТ 0,2

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер, класс или погрешность эталонов примененных при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха  
20,1° С; относительная влажность воздуха 41,9 %; атмосферное давление 700 мм рт. ст.;  
напряжение питающей сети 220,9 В

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической)

необходимо зачеркнуть

поверки признано пригодным к применению.

Знак поверки



Начальник лаборатории  
Подпись, печать руководителя лаборатории (или филиала) или лица, уполномоченного им

В —  
подпись

Викулова Ольга Валерьевна

Фамилия, имя и отчество

Поверитель

В —  
подпись

Викулова Ольга Валерьевна

Фамилия, имя и отчество

Дата поверки « 20 » февраля 2020 г.