



680042, Хабаровск, ул. Шелеста, 23.
Тел.: (4212) 753-753. Факс: (4212) 75-88-88 (99).
E-mail: service@gtdv.ru • www.gtdv.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.310204
Выдан 17 мая 2018г

№ **GBZ73**

Действительно до
28 апреля 2021 г.

Средство измерений Нивелир оптико-механический с компенсатором VEGA L30,
(Рег. №50514-12)

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении при утверждении типа заводской (серийный) номер N27105

в составе - _____

номер знака предыдущей поверки отсутствует

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено СИ

в соответствии с МП АПМ 04-12 «Нивелиры оптико-механические с компенсатором VEGA L30, VEGA L32C»

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 3.2. ГКФ.0001.2017, эталон единицы плоского 3
разряда в диапазоне значений (0-60) для горизонтального угла, (0-100) для
вертикального угла

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего
воздуха +22 °С, относительная влажность воздуха 48 %, атмосферное давление
748 мм рт. ст.

перечень влияющих факторов

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.

Знак поверки

Начальник

отдела метрологии

Поверитель

2А0
ГКФ

Шибанова Т.В.
Ф.И.О.

Рубаник А.И.
Ф.И.О.




Дата поверки: 29 апреля 2020 г.

Результаты поверки

1. Внешний осмотр.
 - 1.1. Исправность переключателей, разъемов:
в порядке.
 - 1.2. Качество гальванических и лакокрасочных покрытий: **в порядке.**
 - 1.3. Коррозии, механических повреждений и других дефектов, влияющих на эксплуатационные и метрологические характеристики: **не обнаружено.**
 - 1.4. Наличие маркировки согласно требованиям ЭД на нивелир конкретного типа:
присутствует.
2. Опробование.
 - 2.1. Нивелир работоспособен, все функции работают.
3. Метрологические характеристики:

Средство измерения удовлетворяет требованиям описания Госреестра № 50514-12.



Поверитель

Рубаник А.И.

Ф.И.О.



ООО «Геомастер» аккредитовано на техническую компетентность в области поверки СИ и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО МЭК 17025-2006. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.310204. Шифр поверительного клейма «ГФ».