



680042, Хабаровск, ул. Шелеста, 23.  
Тел.: (4212) 753-753. Факс: (4212) 75-88-88 (99).  
E-mail: service@gtdv.ru • www.gtdv.ru

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.310204  
Выдан 17 мая 2018г

№ 68275

Действительно до  
28 апреля 2021 г.

Средство измерений Теодолит VEGA TEO 20\_1 (Reg.№31061-06)

*наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении при утверждении типа заводской (серийный) номер* 52411  
в составе \_\_\_\_\_

номер знака предыдущей поверки отсутствует  
поверено в полном объеме \_\_\_\_\_

*наименование единиц величин, диапазоны измерений, на которых поверено СИ*

в соответствии с разделом «Методика поверки» руководства по эксплуатации

*наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка*

с применением эталонов: 3.2 ГГФ.0001.2017, эталон единицы плоского угла 3 разряда в диапазоне значений (0-60) для горизонтального угла, (0-100) для вертикального угла

*регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер*

*разряд, класс или погрешность эталона, применяемых при поверке*

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха +22 °С, относительная влажность воздуха 48 %, атмосферное давление 748 мм рт. ст.

*перечень влияющих факторов*

*нормированных в документе на метрологию поверки, с указанием их значений*

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.

Знак поверки

Начальник

отдела метрологии

Поверитель



*подпись*  
*подпись*

Шибанова Т.В.

*ф.и.о.*

Рубаник А.И.

*ф.и.о.*


Дата поверки: 29 апреля 2020 г.



Результаты поверки

1. Внешний осмотр.
  - 1.1. Исправность переключателей, разъемов:  
**в порядке.**
  - 1.2. Качество гальванических и лакокрасочных покрытий: **в порядке.**
  - 1.3. Коррозии, механических повреждений и других дефектов, влияющих на эксплуатационные и метрологические характеристики: **не обнаружено.**
  - 1.4. Наличие маркировки согласно требованиям ЭД на теодолит конкретного типа: **присутствует.**
2. Опробование.
  - 2.1. Теодолит работоспособен, все функции работают.
3. Метрологические характеристики:

Средство измерения удовлетворяет требованиям описания Госреестра № 31061-06.



Поверитель

Рубаник А.И.  
в.и.о.



ООО «Геомастер» аккредитовано на техническую компетентность в области поверки СИ и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО МЭК 17025-2006. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.310204. Шифр поверительного клейма «ГФ».